

## Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře T (MZ) 1-01:

### Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2009. Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 129 ze dne 10. 11. 2008, formou vyhlášky č. 398/2008 Sb., která v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvem. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

**Výkaz vyplňují všechna vybraná zdravotnická zařízení (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele, bez vazby na obor:**

- všechna lůžková zařízení (ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují)
- vybraná zdravotnická zařízení
  - ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska
  - všechna zařízení záchranné služby
  - všechna zařízení hygienické služby

Elektronické šablony pro vyplňování a předávání dat budou k dispozici na webové aplikaci pro jejich sběr: <https://snzr.uzis.cz/cud/index.html>. Pokud nemá ZJ vhodné technické vybavení může výjimečně předat pracovišti ÚZIS ČR vyplněný výkaz v listinné podobě.

**Termín předložení:** laskavě doručte do 15 dnů po ukončení sledovaného období.

Zákon č. 89/1995 Sb. ukládá všem zpravodajským jednotkám povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování (viz § 2 - vymezení pojmů, § 10 - program statistických zjišťování a § 26 - správní delikty). Ochrana důvěrných statistických údajů je zaručena výše uvedeným zákonem (viz § 16 - povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů, § 17 - poskytování důvěrných statistických údajů a § 25 - správní delikty).

### POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou uveřejněny na internetových stránkách [www.uzis.cz](http://www.uzis.cz) (NZIS).

#### Oddíl I. - Přístroje

**Sledují se zde všechny fyzicky dostupné, reálně existující přístroje**, tj. přístroje v provozu, mimo provoz a přístroje ještě neuvedené do provozu (přístroje nakoupené).

V řádcích 11 až 46 jsou přístroje zdravotnické techniky s ionizujícím zářením.

V řádcích 47 až 83 jsou přístroje zdravotnické techniky bez ionizujícího záření sledované jmenovitě.

Přístroj vykazuje zdravotnické zařízení které:

- přístroj vlastní,
- přístroj používá (přístroj zapůjčený nebo pronajatý).

**Je třeba zajistit, aby byl každý sledovaný přístroj vykázán, ale pouze jednou v rámci ČR**, tzn. buď vlastníkem nebo provozovatelem. Pokud vlastník sledovaného přístroje nevyplňuje tento výkaz, vykáže přístroj provozovatel a naopak, ale nikoliv oba současně. Vybrané druhy přístrojů se sledují podle stáří a dále se sleduje počet provedených výkonů na těchto přístrojích.

sl. 1 celkový počet přístrojů **ve vlastnictví** zdravotnického zařízení, **zapůjčených nebo pronajatých či pořízených na leasing**.

Vykazují se zde všechny zapůjčené a pronajaté přístroje - např. od zdravotnického zařízení, výrobce, obchodní firmy, apod. Patří sem i zatím splácené přístroje, které byly pořízeny na finanční leasing nebo na dodavatelskou smlouvu.

sl. 2 počet přístrojů **ve stáří do 1 roku**

Vykazují se zde všechny přístroje vykazané ve sl. 1, které jsou **nové nebo po celkové generální opravě**.

sl. 3 počet přístrojů **starších 8 let**

Vykazují se zde všechny přístroje vykazané ve sl. 1, které jsou provozovány více než 8 let.

sl. 4 **počet výkonů** - vykazují se pouze výkony provedené v příslušném roce, za který je výkaz vyplňován, dle provozního deníku u každého přístroje.

#### Způsob vykazování přístrojů a výkonů:

- Jestliže přístroj vlastní zdravotnické zařízení a zároveň na něm pracuje, přístroj bude uveden ve sl. 1 a počet výkonů v příslušném řádku ve sl. 4.
- Pokud **přístroj vlastní několik zdravotnických zařízení a zároveň na něm všechna pracují**, pak jedno zdravotnické zařízení (např. to zařízení, kde je přístroj umístěn, nebo zařízení, které na něm vykazuje nejvíce výkonů) vyplní výkaz ve sl. 1 a ve sl. 4 (své výkony provedené na přístroji), ostatní spoluvlastníci vyplní výkaz ve sl. 4 (své výkony provedené na přístroji) a do sl. 1 napíšou 0. Do komentáře k výkazu napíše každé zdravotnické zařízení adresu, kde je přístroj umístěn, a zároveň názvy a adresy ostatních spoluvlastníků.
- Pokud **přístroj vlastní zdravotnické zařízení a pracuje na něm a zároveň ho pronajímá jinému zdravotnickému zařízení**, pak zdravotnické zařízení, které přístroj vlastní, vyplní výkaz ve sl. 1, ve sl. 4 - **výkony vyplní pouze za své zdravotnické zařízení**. Do komentáře k výkazu napíše adresu, kde je přístroj umístěn a zároveň název a adresu zdravotnického zařízení - komu přístroj pronajímá.
- Pokud **přístroj vlastní zdravotnické zařízení a nepracuje na něm, pouze ho pronajímá jiným zdravotnickým zařízením**, pak zdravotnické zařízení, které přístroj vlastní, vyplní výkaz ve sl. 1 a ve sl. 4 vyplní 0. Do komentáře k výkazu napíše adresu, kde je přístroj umístěn a zároveň napíše názvy a adresy zdravotnických zařízení, kterým přístroj pronajímá.
- Jestliže zdravotnické zařízení má **přístroj zapůjčený nebo pronajatý a je jediným nájemcem** - uvede přístroj ve sl. 1 a výkony ve sl. 4 v příslušném řádku. Do komentáře k výkazu napíše název a adresu zdravotnického zařízení nebo firmy - od koho má přístroj pronajatý. Zároveň napíše adresu, kde je přístroj umístěn.
- Pokud má **několik zdravotnických zařízení zapůjčený nebo pronajatý 1 přístroj dohromady**, pak jedno zdravotnické zařízení (např. to zařízení, kde je přístroj umístěn, nebo zařízení, které na něm vykazuje nejvíce výkonů) vyplní výkaz ve sl. 1 a ve sl. 4 (své výkony provedené na přístroji). Ostatní

zdravotnická zařízení vyplní výkaz ve sl. 4 (své výkony provedené na přístroji). Do komentáře k výkazu napíše každé zdravotnické zařízení název a adresu zdravotnického zařízení, kde je přístroj umístěn a zároveň název a adresu zdravotnického zařízení nebo firmy - od koho má přístroj zapůjčený nebo pronajatý.

**Podklady pro sestavení výkazu musí připravovat odborní pracovníci technicko-hospodářských útvarů zdravotnického zařízení, tedy odborníci, kteří mají přehled o běžně používané zdravotnické technice, včetně názvosloví přístrojů a zařízení, ve spolupráci s pracovníky příslušných oddělení, kde na sledovaném přístroji poskytují zdravotní péči.**

Za správné vykazování přístrojů **zodpovídá statutární zástupce** zpravodajské jednotky.

**Každou změnu v počtu přístrojů** proti předchozímu sledovanému období **uvedte v komentáři** na příloženém samostatném listu.

Zařazení jednotlivých přístrojů do ř. 11 až 83 je možné pouze v tom případě, kdy sledovaný přístroj **podle své dokumentace** odpovídá přesně uvedené definici příslušného přístroje.

V případě, že daný přístroj celé definici neodpovídá, uvede se sledovaný přístroj do ř. 84 další diagnostické a terapeutické přístroje zdravotnické techniky v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč za 1 přístroj.

#### **RTG diagnostické přístroje - ř. 11 až ř. 35**

- ř. 11 *RTG přístroje pro skiografii stacionární, přístroje pro konvenční diagnostiku stacionární.*
- ř. 12 *RTG přístroje pro skiografii mobilní, přístroje pro konvenční diagnostiku mobilní.*
- ř. 13 *RTG přístroje skiografické s přímou digitalizací, plochý panel*
- ř. 14 *RTG přístroje pro nepřímou digitální skiografii, bezfilmový fosforový kazetový systém, čtecí zařízení*
- ř. 15 *Systémy pro archivaci a přenos obrazové dokumentace (PACS.)*
- ř. 16 *RTG přístroje pro skiaskopii mobilní, C rameno, velikost zesilovače do 12 palců*
- ř. 17 *RTG přístroje skiaskopicko-skiografické konvenční, sklopná stěna pro skiaskopii konvenční, snímkování sériografem*
- ř. 18 *RTG skiaskopicko-skiografické komplety s digitalizací, sklopná stěna, velkoplošný zesilovač, digitalizace obrazu, fixní osa rentgenka - zesilovač nebo plochý panel*
- ř. 19 *RTG konvenční angiokomplety s měničem filmů*
- ř. 20 *RTG digitální angiokomplety II. kategorie, univerzální sklopná stěna s velkoplošným zesilovačem, C rameno, DSA - digitální subtrakční angiografie, (dříve skiaskopicko-skiografický komplet I. kategorie)*
- ř. 21 *RTG digitální angiokomplety I. B kategorie, přístroje pro provádění angiografií s DSA, jednaprojekční C rameno*
- ř. 22 *RTG digitální angiokomplety I. A kategorie, přístroje pro provádění angiografií s DSA, dvouprojekční C ramena*
- ř. 23 *RTG speciální kardiokomplety, 1 až 2 C ramena, kardiopříslušenství, rentgenová či digitální kinematografie.*
- ř. 24 *RTG CT konvenční, přístroje pro výpočetní tomografii konvenční - inkrementální skenování.*
- ř. 25 *RTG CT spirální, přístroje pro výpočetní tomografii spirální s 1 - 2 řadami detektorů*
- ř. 26 *RTG CT spirální, přístroje pro výpočetní tomografii spirální se 4 - 12 řadami detektorů*

- ř. 27 *RTG CT spirální, přístroje pro výpočetní tomografii spirální s 16 a více řadami detektorů*
- ř. 28 *RTG radiofotografické, skiografické přístroje pro snímkování na malý filmový formát ze štítu*
- ř. 29 *RTG mamografické II. kategorie, mamografy bez zařízení pro stereotaxi*
- ř. 30 *RTG mamografické I. kategorie, vybaveny zařízením pro stereotaxi nebo je k dispozici zvláštní mamografické zařízení pro stereotaxi.*
- ř. 31 *RTG kostní denzitometry (s DEXA)*
- ř. 32 *RTG výše nespécifikované*
- ř. 33 *RTG zubní intraorální*
- ř. 34 *RTG zubní panoramatické*
- ř. 35 *RTG zubní extraorální a nespécifikované*

#### **RTG terapeutické přístroje - ř. 36 až ř. 39**

- ř. 36 *RTG terapeutické, přístroje - do 100 kV i nad 100 kV pracující na principu rtg přístrojů s vysokým dávkovým příkonem a možností kolimace svazků, které jsou užívány k léčbě povrchových i hlouběji uložených lézí nebo nenádorových onemocnění s maximálním napětím na rtg trubici do 100 kV nebo nad 100 kV*
- ř. 37 *RTG simulátory, zařízení s rtg trubicí, která splňují všechny parametry ozařovačů, tj. mají možnost nastavit různé velikosti ozařovacího pole, různou vzdálenost ohniska záření-kůže, různé polohy stavivu atd. Užívají se k plánování léčby a zakreslování ozařovacích polí před vlastním ozařováním na ozařovačích, nebo k verifikaci při změnách ozařovacích podmínek. Vyžaduje speciálně upravenou místnost a ovladovnu.*
- ř. 38 *CT simulátory, speciálně upravená CT zařízení pro potřeby plánování léčby. Tato zařízení částečně nahrazují RTG simulátory, ale zdaleka nespĺňují všechny jeho parametry*
- ř. 39 *RTG terapeutické nespécifikované, ostatní ozařovací zařízení využívající rtg trubice.*

#### **Lineární urychlovače - terapeutické ozařovače**

- ř. 40 *Lineární urychlovač s jednou energií X, zařízení produkující fotonové záření o jedné energii brzdného záření X založené na lineárním urychlení elektronů. Urychlovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňujícím) systémem, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochrannými prvky zabraňujícími chybnému ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení slouží k ozařování pacientů externími svazky. Jedná se o zařízení o značné hmotnosti (až 2 t) vyžadující speciální stíněnou místnost (až 2,2 m betonu).*
- ř. 41 *Lineární urychlovače s více energiemi X a elektrony, zařízení produkující fotonové záření o více energiích brzdného záření X (obvykle 2 různé energie) a elektronové svazky založené na lineárním urychlení elektronů. Urychlovače jsou vybaveny kolimačním (svazek usměrňujícím) systémem pro fotonové a elektronové svazky, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochrannými prvky zabraňujícími chybnému ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení slouží k ozařování pacientů externími svazky, má značnou hmotnost (až 2 t) a vyžaduje speciální stíněnou místnost (minimálně 2,2 m betonu).*

- ř. 42 *Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Co-60*, zařízení užívaná pro externí radioterapii pacientů fotonovými svazky z radionuklidového zdroje Co-60. Ozařovače jsou vybaveny kolimačním (svazek usměřujícím) systémem pro fotonový svazek, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochrannými prvky zabraňujícími chybnému ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení vyžaduje speciální stíněnou místnost (tloušťka stěn min. 80 cm betonu).
- ř. 43 *Radionuklidové ozařovače pro teleterapii Cs-137*, zařízení užívaná pro externí radioterapii pacientů fotonovými svazky z radionuklidového zdroje Cs-137. Ozařovače je vybaven kolimačním (svazek usměřujícím) systémem pro fotonový svazek a většinou jen limitovaným počtem ochranných prvků zabraňujícím chybnému ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení je vhodné pouze pro některé léčebné aplikace, především nenádorového charakteru, vyžaduje speciální stíněnou místnost.

#### **Radionuklidové ozařovače**

- ř. 44 *Radionuklidové ozařovače AFL brachyterapeutické LDR/MDR*, zařízení obsahující radionuklidový zdroj nebo zdroje sloužící k ozařování pacientů při brachyterapii (t.j. zdroj záření je umístěn přímo do nádoru nebo do jeho bezprostřední blízkosti). Podle použité aktivity zdrojů rozlišujeme dva základní typy: s nízkým dávkovým příkonem (LDR low dose rate) a středním dávkovým příkonem (MDR medium dose rate). Zdroj záření je přemísťován do ozařovací polohy pomocí mechanického zařízení kontrolovaného obvykle řídicím počítačem. Zařízení je vybaveno dozimetrickým systémem pro kontrolu ozařování a řadou ochranných prvků zabraňujících chybnému ozáření pacientů a obsluhy. Zařízení bývá obvykle pojízdné, tj. je možné ho přemísťovat poměrně snadno do různých místností. Při ozařování vyžaduje částečně stíněné místnosti.
- ř. 45 *Radionuklidové ozařovače AFL brachyterapeutické HDR*, zařízení obsahující radionuklidový zdroj nebo zdroje sloužící k ozařování pacientů při brachyterapeutické léčbě. Zařízení obsahuje radionuklidový zdroj o vysoké aktivitě, který produkuje vysokou dávkovou rychlost (high dose rate HDR). Zdroj záření je přemísťován do ozařovací brachyterapeutické polohy pomocí mechanického zařízení kontrolovaného řídicím počítačem. Zařízení je vybaveno dozimetrickým systémem pro kontrolu ozařování a řadou ochranných prvků zabraňujících chybnému ozáření pacientů a obsluhy. Zařízení bývá obvykle pojízdné, je nutné ho umístit do dobře stíněné ozařovny splňující podmínky téměř ozařovny pro Co-60, v závislosti na použitém zdroji záření.
- ř. 46 *Radionuklidové ozařovače nespécifikované*, do této kategorie je možno zahrnout všechny ostatní radionuklidové ozařovače, které nepatří do výše zmíněných kategorií. Mezi ně patří např. gama nůž, neutronové brachyterapeutické přístroje, ozařovače krevních derivátů, atd.
- ř. 48 *Scintilační gama kamery SPECT s 1 detektorem*, poskytují tomografický obraz distribuce radiofarmak v orgánech
- ř. 49 *Scintilační gama kamery SPECT s 2 a více detektory*, poskytují tomografický obraz distribuce radiofarmak v orgánech s citlivostí dvou a vícenásobnou oproti gama kamerám SPECT s jedním detektorem. Všechny scintilační gama kamery SPECT mohou poskytovat jak planární tak tomografický obraz.
- ř. 50, 51 *PET (pozitronová emisní tomografie)*, poskytují tomografický obraz distribuce radiofarmak značených pozitronovými zářiči v orgánech.

#### **Lithotryptory - terapeutické přístroje**

Jsou určeny k neinvazivnímu drcení ledvinových (event. žlučnickových) kamenů rázovou vlnou.

ř. 52 *Lithotryptory s rtg naváděním*

ř. 53 *Lithotryptory jen s UZ naváděním*

#### **Ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy)**

Využívají ultrazvuku pro diagnostické zobrazení vnitřních orgánů. Uvedou se zde všechny ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy) dohromady bez rozlišení pro který obor slouží.

ř. 54 *Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení*

ř. 55 *Ultrazvukové přístroje duplexní - 2D a spektrální dopplerovský záznam*

ř. 56 *Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nejvyšší třídy*, plně digitalizované přístroje, DICOM kompatibilita obrazů, ukládání statických obrazů a cine sekvencí, harmonické 2D a dopplerovské zobrazování u všech typů sond, včetně lineárních, nejvyšší rozlišení 2D obrazu, 3D zobrazení, dynamické kontrastní vyšetření. Monitor s úhlopříčkou 40 cm a větší, garfického typu, zobrazující na kmitočtu 100 Hz a více. Konvexní a sektorové (mezižební přístup k abdominálním orgánům) širokopásmové či multifrekvenční sondy pro abdominální diagnostiku, vysoko-frekvenční sondy pro vyšetření malých částí, a to včetně sondy s nosnou frekvencí vyšší než 10 MHz (pro nejvyšší třídu musí být splněny všechny uvedené požadavky).

ř. 57 *Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním střední třídy*, plně digitalizované přístroje, DICOM kompatibilita obrazů, ukládání statických obrazů a cine sekvencí, harmonické 2D a dopplerovské zobrazování, vysoké rozlišení 2D obrazu, základní spektrum sondového vybavení včetně technologie sektorových sond (phased array).

ř. 58 *Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním nižší třídy*, přenosné a lehké analogové či digitální přístroje, které nesplňují kritéria pro nejvyšší a střední třídu.

ř. 59 *Ultrazvukové kostní denzitometry*

#### **Další přístroje pro radioterapii**

ř. 60 *Systémy pro plánování léčby 2D*, výpočetní systémy, které po zadání dat o užívaných svazcích ionizujícího záření a dat o pacientovi (CT, MR řezy) jsou schopny vyprodukovat dávkovou distribuci v 2D geometrii, tj. v jednotlivých řezech.

ř. 61 *Systémy pro plánování léčby 3D*, výpočetní systémy, které po zadání dat o užívaných svazcích ionizujícího záření a dat o pacientovi jsou schopny vyprodukovat dávkovou distribuci v 3D geometrii. Tyto systémy bývají většinou mnohem složitější než 2D systémy a dovolují vymodelovat dávkovou distribuci mnohem dokonaleji díky použitým algoritmům.

#### **Scintilační gama kamery - diagnostické přístroje**

Zobrazují distribuci radiofarmak v orgánech po jejich aplikaci do organismu.

ř. 47 *Scintilační gama kamery planární* poskytují planární (sumační) obraz distribuce radiofarmak v orgánech.

- ř. 62 *Substandardní dozimetrické systémy*, zařízení k měření absorbovaných dávek v lékařských svazcích, které bylo přímo navázáno na národní etalon nacházející se v sekundární dozimetrické laboratoři (povinnost vyplývá z vyhlášky 262/2000 Sb. a 263/2000 Sb.). Systém sestává z kalibrované ionizační komory, elektrometru, vodního fantomu a spojovacích kabelů. Pro kontrolu systému je použit radionuklidový monitor. Pravidelné kalibrace jednou za rok zajišťují návaznost na národní etalon a správnost měření na pracovišti.
- ř. 63 *Automatický vodní fantom*, poměrně nákladné zařízení dovolující měřit dávkovou distribuci ve velkém vodním fantomu (50 x 50 x 60 cm) s detektory (ionizační komory, polovodiče, diamantový detektor), jejichž pohyb je řízen v 3D prostoru počítačem, který slouží zároveň k vyhodnocování naměřených dat.
- ř. 64 *Vyřezávačky stínících bloků*, zařízení, která slouží k výrobě individuálních stínících bloků pro ozařování pacientů. Vyřezávačka může být jednoduchého typu, tj. manuální, kdy obsluha provádí vlastní úkon řezání do polystyrénového bloku ručně, nebo může být řízena počítačem a prováděna po způsobu NC strojů automaticky. Dále můžeme rozdělit vyřezávačky na 2D, tj. na tvorbu bloků o konstantní tloušťce, nebo na 3D pro výrobu kompenzačních filtrů a speciálně tvarovaných bloků. Celé zařízení je poměrně nákladné a vyžaduje umístění ve zvláštní místnosti s digestoři.
- ř. 65 *In vivo dozimetrie polovodičová*, soubor skládající se z polovodičových detektorů a vyhodnocovacího přístroje. Slouží k přímému měření dávek na pacientech při vlastním ozařování. Dozimetry jsou umístovány přímo na místa zájmu na pacienta. Měřená hodnota je známa okamžitě.
- ř. 66 *In vivo dozimetrie TLD*, soubor skládající se z termoluminiscenčních detektorů a vyhodnocovacího přístroje a vyhřívací pucky, který slouží k přímému měření dávek na pacientech při vlastním ozařování. Dozimetry jsou umístovány přímo na místa zájmu na pacienta. Měřená hodnota je známa po vyhodnocení dozimetrů za určitou dobu, nebo ji lze akumulovat při jednotlivých frakcích záření a uchovávat po celou dobu ozařování. Tyto dozimetry pro svoje velmi malé rozměry lze použít i pro in vivo měření v tělních dutinách na rozdíl od polovodičových, které se fixují na povrch těla pacienta.
- ř. 67 *Vicelamelové kolimátory (multileaf colimator)*, přídavná zařízení ke kolimaci svazků fotonů, která se umísťují na kolimační systém lineárního urychlovače nebo jsou již jeho přímou součástí při výrobě. Tato zařízení dovolují tvarovat libovolná ozařovací pole, plně nahrazují výrobu individuálních bloků, zpřesňují ozařování a usnadňují práci radiologickým laborantům. Tvarování polí je řízeno samostatným počítačem. (cena cca 7 - 9 mil. Kč).
- ř. 68 *Portálové zobrazování (portal vision)*, přídavné zařízení k lineárnímu urychlovači, které dovoluje zobrazit umístění ozařovacího pole na pacientovi při reálných ozařovacích podmínkách. Vyhodnocovací systém spojený s tímto zařízením pak dovoluje přímé srovnání s obrazy získanými na simulátoru, nebo při diagnostických vyšetřeních.
- ř. 69 *Zařízení pro hypertermii zhoubných novotvarů*, přístroje pro léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím tepelné energie.

## Další sledované přístroje

- ř. 70 *Biochemické analyzátory (automaty)*, laboratorní přístroje pro multianalýzu tělních tekutin a biologických materiálů, imunochemické analyzátory, automatické systémy pro elektroforézu aj. analyzátory s vysokým výkonem a automatizovaným provozem.
- ř. 71 *Hemodialyzační přístroje*, umělá ledvina, přístroje kompenzující u pacienta nedostatečnou funkci ledvin.
- ř. 72 *Magnetická rezonance (tomograf MR) nad 1,5 T*, diagnostický tomografický zobrazovací přístroj využívající interakce atomových jader tkání s magnetickým polem. Supravodivý magnet o síle magnetického pole nad 1,5 T.
- ř. 73 *Magnetická rezonance (tomograf MR) 1,0 - 1,5 T*, síla magnetického pole 1,0 - 1,5 T.
- ř. 74 *Magnetická rezonance (tomograf MR) síla magnetického pole pod 1,0 T*, celotělový zobrazovací přístroj se supravodivým, elektromagnetem nebo permanentním magnetem.
- ř. 75 *Magnetická rezonance (tomograf MR) pod 0,5 T*, dedikovaný přístroj s omezeným využitím, pro vyšetření končetinových kloubů, síla magnetického pole pod 0.5 T.
- ř. 76 *Lasery operační a terapeutické*  
*Lasery operační*, přístroje používané při chirurgických výkonech, využívající koherentního světelného záření.  
*Lasery terapeutické*, přístroje pro terapii při výkonech využívající koherentního světelného záření.
- ř. 77 Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic dětí i dospělých), přístroje zajišťující umělou ventilaci plic pacienta.
- ř. 78 *Hyperbarické komory jednomístné*, přístroje pro celotělovou přetlakovou terapii kyslíkem pro 1 osobu.
- ř. 79 *Hyperbarické komory vícemístné*, přístroje pro celotělovou přetlakovou terapii kyslíkem pro několik osob.
- ř. 80 *Přístroje pro mimotělní oběh*, skupina přístrojů, které zajišťují mimotělní oběh např. při operaci srdce.
- ř. 81 *Operační laparoskopie*, přístroje pro lokální operační výkon.
- ř. 82 *Systémy pro neuronavigaci*, skupina přístrojů, s jejichž pomocí se provádí přesná lokalizace ložiska zejména v mozků a páteři.
- ř. 83 *Monitorovací systémy*, systémy, které zaznamenávají životní funkce pacienta a zároveň provádějí jejich vyhodnocení podle zadaného rozhodovacího kritéria.
- ř. 84 *Zdravotnické prostředky v pořizovací hodnotě nad 2 milióny Kč (cena v místě a čase obvyklá, neuvedené výše - další diagnostické a terapeutické přístroje - zdravotnické prostředky v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč za 1 přístroj (cena v místě a čase obvyklá), je zde uveden celkový počet přístrojů - zdravotnických prostředků (ve sl. 1 až 3), tj. součet všech přístrojů uvedených na řádcích 85 až 87. Jednotlivé přístroje - zdravotnické prostředky se jmenovitě rozepíší na řádcích 85 až 87, ve sl. 1 až 3. Počty kusů bez vyznačení názvu přístroje by neměly potřebnou vypovídací schopnost.*

## Vazby:

sl. 1 ≥ sl. 2 + sl. 3, týká se ř. 11 až 84